



Determina a contrarre e di affidamento n. 244 (rep. 290/2018 prot. 1592 del 7/12/2018)
CIG ZC52605001
CUP B83C17000820005

Il Responsabile Amministrativo Delegato

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;
- VISTE** le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
- VISTO** l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
- VISTO** l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/2017 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/2017 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;
- VISTE** le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTE** le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;



- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la Circolare direttoriale Prot. n. 0060165 del 26/07/2017 recante i "Format di determine a contrarre e di affidamento di competenza dei Centri di Spesa";
- VISTA** la Circolare direttoriale Prot. n. 0012859 del 13/02/2018 avente ad oggetto. "Le Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017";
- VISTA** la Circolare direttoriale Prot. n. 0042935 del 22/05/2018 avente ad oggetto "Le Linee Guida dell'ANAC n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» - Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017";
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
BI00LDK4001	Safemate EZ 1.2 piano forato,	1

formulata dalla prof.ssa Marzia Perluigi con nota del 28/11/2018 nella quale è precisato che:

- L'utilizzo di questa tipologia di cappa è necessaria per lo svolgimento della ricerca dal titolo "Aberrant insulin signaling contributes to development of Alzheimer disease in Down Syndrome: identifying novel drug candidates", che prevede uno studio in vitro su colture primarie di neuroni ed astrociti.
- **MOTIVAZIONI:** L'azienda selezionata è stata scelta secondo la qualità del prodotto, l'economicità del prodotto e la qualità dell'assistenza post vendita. La cappa selezionata presenta le caratteristiche necessarie che la rendono indispensabile al fine delle ricerche da svolgere. Le caratteristiche necessarie sono di seguito riportate: Cabina a flusso laminare di "Classe II tipo A" realizzata per ricircolare il 70% dell'aria in gioco e espellere in ambiente il restante 30%; filtro assoluto HEPA H14, con efficienza 99.995% (test MPPS come da EN1822.1), zona di lavoro in Classe ISO 5 secondo la Norma EN 14644-1 (Classe 100 secondo la Norma Federal Standard 209 E). Schermo frontale inclinato di 5° in vetro multistrato di sicurezza spessore 6mm. Azionamento elettrico con ricerca automatica del corretto posizionamento. Possibilità di apertura basculante per facilitare eventuali operazioni di pulizia straordinaria. Chiusura con meccanismo di tenuta che pone in pressione le guarnizioni frontali. Altezza massima disponibile a schermo completamente alzato: mm 440. Zona di ripresa aria della barriera frontale con sagomatura concava a "V" anti-ostruzione. Superfici esterne realizzate in lamiera d'acciaio trattata con vernici a base di polvere epossidica. Camera di lavoro e vasca di raccolta liquidi, realizzate in Acciaio Inox AISI 304 con finitura 2B. Piano di lavoro a settori, in esecuzione perforata o cieca, realizzato in Acciaio Inox AISI 304 con finitura 2B Griglia frontale di aspirazione con profilo concavo a "V", realizzata in acciaio inox AISI 304, finitura 2B. Schermo frontale in cristallo di sicurezza multistrato antisfondamento.



Decontaminazione dell'aria realizzata tramite filtri HEPA H14, con efficienza 99.995% (test MPPS come da EN1822.1). Porta di campionamento per il "Test di integrità" (DOP) da effettuare sui filtri assoluti HEPA. Prese elettriche con grado di protezione IP55

- l'importo presunto per l'acquisto del bene è pari ad € 4.500,00;

- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 29/11/2018, sentito il RAD;
- VISTA** la disposizione n.1/2018 Rep. 47/2018 Prot. n. 192 del 16/2/2018 che tenuto conto della categoria merceologica in argomento, consente di individuare quale RUP dell'acquisto de quo la dott.ssa Daniela Di Sciuolo;
- CONSIDERATO** che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che si tratta di uno strumento avente caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività
- RITENUTI** i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che sulla base delle dichiarazioni rese dalla prof. Marzia Perluigi è stata individuata quale impresa fornitrice, Euroclone S.p.A. a cui è stata inviata la TD n. 720392 allo scopo di ottenere un prezzo più favorevole di quello presente sul catalogo MEPA, troppo elevato.
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto l'acquisto di una cappa a flusso laminare della dott.ssa Daniela Di Sciuolo in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, si avvarrà del supporto del Responsabile Scientifico
3. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l'affidamento della fornitura di una cappa a flusso laminare, alla Società Euroclone S.p.A., mediante TD, per un importo pari ad € 4.819,00 (Iva inclusa);
4. di autorizzare l'affidamento alla società sopramenzionata avendo acquisito agli atti l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche professionali previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 secondo quanto prescritto dalla Linee Guida n. 4 citate in premessa. Tale documento sarà suscettibile di controllo a campione secondo i criteri che verranno fissati nel regolamento di Ateneo di prossima pubblicazione
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 4.819,00 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.03010.010 del Progetto di Ricerca 000057_17_RS_PERLUIGI/Grandi_Progetti_Univ.2017, CUP B83C17000820005. di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Marzia Perluigi



La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nella sezione "Trasparenza" – portale Gare e Appalti (<https://web.uniroma1.it/gareappalti/>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziocontrattipubblici.it/>).

**Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj**

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 – GU n. 42 del 20/2/1993