



**Procedura aperta – fornitura della strumentazione RMN 600 MHz con  
cryo-probe con servizi accessori –  
CIG: 7644174BEE – CUP: B86J16002900005**

## **1. Domanda**

### **Quesito A**

Alla pag. 6 del Capitolato Speciale, paragrafo 5 “Esecuzione del Contratto” si parla di 80 giorni lavorativi per la consegna del macchinario e 25 giorni lavorativi per il completamento dell’opera. Si chiede di confermare che i giorni si devono intendere lavorativi.

### **Quesito B**

Inoltre si chiede se è possibile considerare i tempi di consegna del macchinario e completamento dell’installazione nella loro totalità cioè 105 giorni lavorativi con conseguente applicazione della penale giornaliera indicata alla pag. 7 del Capitolato Speciale a partire dal giorno 106.

## **Risposta**

### **Quesiti A e B**

I giorni indicati per la consegna (massimo 80 dalla stipula del contratto) e per il completamento dell’installazione, messa in opera, prove di collaudo (massimo 25 dalla consegna) sono lavorativi come indicato a pagina 5 paragrafo 3 lett. a) punti 2 e 3 e a pagina 6 paragrafo 5 del Capitolato speciale.

La penale giornaliera indicata a pag. 7 paragrafo 5 del Capitolato speciale si applica per ciascuna fase allo sfioramento del tempo massimo indicato (80 giorni lavorativi dalla stipula del contratto per la fase della consegna e 25 giorni lavorativi dalla consegna per la fase del completamento dell’installazione, messa in opera, prove di collaudo).

## **2. Domanda**

Alla pag. 6 del Capitolato Speciale, paragrafo 3 “Servizi minimi accessori richiesti”, punto d), viene richiesto di fornire in lingua italiana la dichiarazione CE. Poiché la strumentazione verrebbe realizzata fuori dal territorio italiano e/o Europeo si richiede se la dichiarazione di conformità CE può essere accettata in lingua inglese.

## **Risposta**

Come indicato a pagina 6 paragrafo 3 punto d) numero 5 del Capitolato speciale la dichiarazione deve essere prodotta in lingua italiana.