

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	205230
Descrizione	Manutenzione Microscopio Laboratorio di Biologia Ambientale
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z121F45C4F
CUP	B82F16004140005
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ 80209930587 00185 Piazzale Aldo Moro 5 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	DXUB1P
Punto Ordinante	ANGELINA CHIARANZA / CHRNLN66M53Z112C
Soggetto stipulante	ANGELINA CHIARANZA / CHRNLN66M53Z112C UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'
Data e ora inizio presentazione offerta	06/07/2017 16:08
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/07/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2017 18:00
Ulteriori note	Per chiarimenti sullo svolgimento del servizio contattare Alessandra Celant - mail alessandra.celant@uniroma1.it - tel. 06.49912193
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Fornitore	DPL SERVICE SRL
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegn	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' PIAZZALE ALDO MORO,5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' PIAZZALE ALDO MORO,5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Manutenzione e revisione microscopio a luce trasmessa ZEISS Universal R - Smontaggio di tutte le parti in movimento, pulizia e lubrificazionee movimenti micro-macro, allineamneto e centratura del percorso ottico, verifica di buon funzionamento
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	*NOME COMMERCIALE DEL MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione e revisione microscopio a luce trasmessa ZEISS Universal R - Smontaggio di tutte le parti in movimento • pulizia e lubrificazionee movimenti micro-macro • allineamneto e centratura del percorso ottico • verifica di buon funzionamento
3	*Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0
4	*Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • PEZZO
5	*Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTO
6	*Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • W0202050303
7	*Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
8	*Struttura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DIRITTA • ROVESCIAATA • STEREOSCOPIO • ZOOM
9	*Regolazione in altezza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
10	*Controllo simultaneo messa a fuoco/tavolino	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
11	*Attuatori stativo	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • MANUALI ED ELETTRICI • SOLO ELETTRICI • SOLO MANUALI
12	*Tipo illuminatore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ALOGENA • INCIDENTE/ALOGENA • LED • XENON
13	*Illuminazione [W]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 07 (CORDLESS) • 3 • 20 • 15/710 • 30 • 50 • 75 • 100

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	*Regolazione luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
15	*Adattamento automatico luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	*Portafiltri integrato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
17	Filtri alloggiabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4
18	*Ingrandimenti [numero]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 4 • 5 • 6 • ZOOM IN CONTINUO
19	*Range ingrandimenti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DA 0 • 75 A 5 • DA 1 A 4 • DA 1 A 40 • DA 4 A 40 • 4-10-40-60 • 4-10-40-100 • 4-10-40 • 5-10-20-50 • 1 • 25-4-10-40 • 1 • 25-4-10-40-100-400 • 4-10-25-40-100-400 • 5-10-20-40 • CONTINUO DA 7 • 5 A 150 • CONTINUO DA 1 • 95 A 225 • 100
20	*Corredo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • CHIARO • CHIARO • SCURO ED EPIFLUORESCENZA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE E CONTRASTO INTERFERENZIALE PER PLASTICA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE ED EPIFLUORESCENZA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE • CONTRASTO INTERFERENZIALE ED

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
20	*Corredo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> EPIFLUORESCENZA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE E CONTRASTO INTERFERENZIALE PER PLASTICA ED EPIFLUORESCENZA • CAMPO CHIARO • PREDISPOSTO PER TUTTE LE METODICHE • CAMPO CHIARO • CONTRASTO DI FASE • PREDISPOSTO PER TUTTE LE METODICHE
21	*Oculari	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 18 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 20 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 22 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 23 MM
22	*Gruppo ottico ammortizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
23	*Attuatori gruppo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • MANUALI ED ELETTRICI • SOLO ELETTRICI • SOLO MANUALI
24	*Tavolino ceramizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
25	*Dimensioni tavolino traslatore [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 75X50 GIREVOLE 240° CON MANOPOLA DI COMANDO XY • 120X100 ANGOLO DI ROTAZIONE 0 • 140X140 A COMANDO DX • 13X13 • 14X13 • 22X17 • 15X15 • 16 • 17X14 • 18X17 • 20X23 • 20X26 • 30X23 • 175X40
26	*Angolo rotazione tavolino traslatore [°]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 180 • 240 • 270 • 360
27	*Fermaoggetto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
28	*Dispositivo di messa a	Tecnico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
28	fuoco	Tecnico	Nessuna regola	
29	*Tubi di osservazione inclinabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI • SI • SISTEMA BUTTERFLY
30	*Comandi reversibili (sin/des)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
31	*Connessione foto/video	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DIGITALE • OTTICA
32	*Connessione dati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH • VIA CAVO • WIFI
33	*Alimentazione elettrica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 220/230V 50/60HZ • 100V 240V
34	*Classe di isolamento elettrico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • I B • II B • I BF • II BF • ALIMENTAZIONE INTERNA
35	*Compatibilità elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
36	*Peso [kg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 8 • 3 • 1 • 3 • 7 • 4 • 5 • 6 • 2 • 6 • 8 • 7 • 10 • 4 • 14 • 2 • 12 • 2 • 11 • 4 • 6 • 2 • 35
37	*Revolver	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • TRIPLO • QUADRUPLO • QUINTUPLO • SESTUPLO • N.A.

Nome Scheda Tecnica	Manutenzione e revisione stereomicroscopio ZEISS STEMI SV - Smontaggio di tutte le parti in movimento, pulizia e lubrificazionee movimenti micro-macro, allineamneto e centratura del percorso ottico, verifica di buon funzionamento
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	*NOME COMMERCIALE DEL MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione e revisione stereomicroscopio ZEISS STEMI SV - Smontaggio di tutte le parti in movimento • pulizia e lubrificazionee movimenti micro-macro • allineamneto e centratura del percorso ottico • verifica di buon funzionamento
3	*Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0
4	*Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • PEZZO
5	*Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTO
6	*Codice CND	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • W0202050303
7	*Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
8	*Struttura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DIRITTA • ROVESCIAATA • STEREOSCOPIO • ZOOM
9	*Regolazione in altezza	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
10	*Controllo simultaneo messa a fuoco/tavolino	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
11	*Attuatori stativo	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • MANUALI ED ELETTRICI • SOLO ELETTRICI • SOLO MANUALI
12	*Tipo illuminatore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • ALOGENA • INCIDENTE/ALOGENA • LED • XENON
13	*Illuminazione [W]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 07 (CORDLESS) • 3 • 20 • 15/710 • 30 • 50 • 75 • 100
14	*Regolazione luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
15	*Adattamento automatico luminosità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
16	*Portafiltri integrato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
17	Filtri alloggiabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4
18	*Ingrandimenti [numero]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 4 • 5 • 6 • ZOOM IN CONTINUO
19	*Range ingrandimenti	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DA 0 • 75 A 5 • DA 1 A 4 • DA 1 A 40 • DA 4 A 40 • 4-10-40-60 • 4-10-40-100 • 4-10-40 • 5-10-20-50 • 1 • 25-4-10-40 • 1 • 25-4-10-40-100-400 • 4-10-25-40-100-400 • 5-10-20-40 • CONTINUO DA 7 • 5 A 150 • CONTINUO DA 1 • 95 A 225 • 100
20	*Corredo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • CHIARO • CHIARO • SCURO ED EPIFLUORESCENZA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE E CONTRASTO INTERFERENZIALE PER PLASTICA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE ED EPIFLUORESCENZA • CHIARO • SCURO • CONTRASTO DI FASE • CONTRASTO INTERFERENZIALE ED EPIFLUORESCENZA • CHIARO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
20	*Corredo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SCURO • CONTRASTO DI FASE E CONTRASTO INTERFERENZIALE PER PLASTICA ED EPIFLUORESCENZA • CAMPO CHIARO • PREDISPOSTO PER TUTTE LE METODICHE • CAMPO CHIARO • CONTRASTO DI FASE • PREDISPOSTO PER TUTTE LE METODICHE
21	*Oculari	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 18 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 20 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 22 MM • INDICE A GRANDE CAMPO FINO A 23 MM
22	*Gruppo ottico ammortizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
23	*Attuatori gruppo ottico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • MANUALI ED ELETTRICI • SOLO ELETTRICI • SOLO MANUALI
24	*Tavolino ceramizzato	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
25	*Dimensioni tavolino traslatore [cm]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 75X50 GIREVOLE 240° CON MANOPOLA DI COMANDO XY • 120X100 ANGOLO DI ROTAZIONE 0 • 140X140 A COMANDO DX • 13X13 • 14X13 • 22X17 • 15X15 • 16 • 17X14 • 18X17 • 20X23 • 20X26 • 30X23 • 175X40
26	*Angolo rotazione tavolino traslatore [°]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 180 • 240 • 270 • 360
27	*Fermaoggetto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
28	*Dispositivo di messa a fuoco	Tecnico	Nessuna regola	
29	*Tubi di osservazione	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
29	inclinabili	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • SI • SISTEMA BUTTERFLY
30	*Comandi reversibili (sin/des)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
31	*Connessione foto/video	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • DIGITALE • OTTICA
32	*Connessione dati	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • BLUETOOTH • VIA CAVO • WIFI
33	*Alimentazione elettrica	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 220/230V 50/60HZ • 100V 240V
34	*Classe di isolamento elettrico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • I B • II B • I BF • II BF • ALIMENTAZIONE INTERNA
35	*Compatibilità elettromagnetica (EN 60601 1-1-2)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • NO • SI
36	*Peso [kg]	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 8 • 3 • 1 • 3 • 7 • 4 • 5 • 6 • 2 • 6 • 8 • 7 • 10 • 4 • 14 • 2 • 12 • 2 • 11 • 4 • 6 • 2 • 35
37	*Revolver	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • TRIPLO • QUADRUPLO • QUINTUPLO • SESTUPLO • N.A.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione

Nome file

Descrizione	Nome file
Preventivo	Preventivo.pdf
Dichiarazione	ModelloDichiarazioneArt80_All. 4-1.doc
Bollo	Bollo.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Dichiarazione	Sì
Bollo	Sì